

分析結果報告書

依頼者	上板橋ハウス管理組合 様
試料採取日	平成 18 年 3 月 29 日 受付
試料名	床Pタイル
採取場所	上板橋ハウス 石綿定性分析
採取区分	提供試料
分析実施期間	平成 18 年 3 月 29 日～平成 18 年 4 月 4 日

発行番号 : M05-16042-003

発行年月日 : 平成 18 年 4 月 4 日

東邦化研株式会社

環境分析センター

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3丁目3番地8

電話 048-961-6161 (代表)

FAX 048-961-5111

報告責任者 土屋 健二



分析の結果は、下記のとおりであることを報告いたします。

○ 定性分析

採取場所 (試料名)	位相差顕微鏡による定性分析		
	クリソベリ	アサト	知ドライト
床Pタイル	×	×	×
以下余白			

備考 提供試料について分析をしたものです。

※ 建築物の耐火等吹き付け材の石綿含有率の判定方法について (平成 8 年 3 月 29 日 労働省 基発第 188 号)

○ : 石綿含有試料 × : 石綿含有せず

○ 定量分析

採取場所 (試料名)	分析の結果	
	含有物質名	含有率 (%)
床Pタイル	-	-
以下余白		

備考 提供試料について分析をしたものです。

分析装置 : (株)リガク製 自動X線回折装置 (型番: RINT2200)

定性分析で検出が認められなかった場合は、定量分析を行っておりません。